

27 septembre 2016

Madame, Monsieur,

Plus tôt dans l'année, Laerdal Medical vous a contacté à propos d'informations importantes concernant l'aspirateur Laerdal Suction Unit (LSU) et son utilisation avec une batterie NiMH stockée ou installée à basse température pendant une période prolongée. Ceci est un suivi de notre communication initiale, dans laquelle nous nous étions engagés à vous fournir des informations sur une solution à long terme.

Ce document contient des informations importantes concernant la fiabilité d'utilisation de l'aspirateur Laerdal Suction Unit

Le document ci-joint "action corrective relative à la sécurité" présente les options disponibles pour garantir une utilisation en toute sécurité de votre aspirateur Laerdal Suction Unit.

Veillez lire très attentivement ce document qui contient des informations importantes sur les actions à entreprendre (par l'utilisateur final) pour garantir la conformité à la norme ISO 10079-1 en matière d'appareils d'aspiration électriques

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de réponse ci-joint et de le retourner à Laerdal Medical le plus rapidement possible après avoir décidé de l'option de correction que vous souhaitez adopter.

Remarque: si vous avez reçu ces informations par ailleurs, notamment de la part de distributeurs Laerdal Medical, **un seul formulaire de réponse doit être renvoyé à Laerdal Medical.**

Cette action corrective relative à la sécurité sera transmise aux autorités compétentes.

Si vous avez des questions concernant les informations données dans l'avis relatif à la sécurité ou les actions à entreprendre, veuillez contacter votre correspondant Laerdal Medical France au 04.72.52.02.52.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions vivement pour votre collaboration.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.



Tor Bryne
Vice-président Ventes, Marketing et Services

Laerdal Medical AS

Adresse mail
Laerdal Medical AS
Boîte postale 377
4002 Stavanger,
Norvège

E-mail et site Web
post@laerdal.no
www.laerdal.com

Adresse administrative
Tanke Svilandsgate 30
4007, Stavanger,
Norvège

Téléphone
+47 51 51 17 00
Téléfax
+47 51 52 35 57

N° d'org. 979 484 488