



**GE Healthcare**

De nombreux facteurs sont pris en considération pour fixer la date de fin de vie d'un produit et la raison principale est le risque d'indisponibilité des pièces nécessaires à l'entretien et à la réparation. En effet, alors que les équipements vieillissent et que la technologie évolue, nos fournisseurs cessent de produire certains composants ou pièces entrants dans le montage de nos équipements les plus anciens. Dans ce contexte, il nous est difficile de trouver tous les composants des produits notifiés précédemment.

**Ceci signifie qu'après les dates mentionnées ci-dessus, nous ne pourrons plus vous garantir la disponibilité des pièces détachées.** Vous pourrez bien entendu, continuer à utiliser votre système et nous mettrons en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour assurer la maintenance préventive et corrective des produits dans la mesure de la disponibilité des pièces fournies par nos fournisseurs approuvés. Dès lors, si vous avez souscrit un contrat de maintenance sur votre équipement, nous vous contacterons à terme afin d'envisager l'option de service la plus adaptée.

Sachez que notre gamme actuelle présente des équipements à même de remplacer la grande majorité de ces systèmes. Pour toute information complémentaire dont vous pouvez avoir besoin vous pouvez contacter votre correspondant local.

En vous remerciant de la confiance renouvelée que vous nous avez témoignée au cours de la vie de votre équipement, recevez, chère cliente, cher client, nos salutations distinguées.

Vincent CAMUS  
Directeur Marketing Ventes  
**GE Healthcare LCS France**

Eurydice LOMBARD  
Responsable Marketing Service  
**GE Healthcare France**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eurydice Lombard'.