



GE Healthcare

De nombreux facteurs sont pris en considération pour fixer la date de fin de vie d'un produit et la raison principale est le risque d'indisponibilité des pièces nécessaires à l'entretien et à la réparation. En effet, alors que les équipements vieillissent et que la technologie évolue, nos fournisseurs cessent de produire certains composants ou pièces entrants dans le montage de nos équipements les plus anciens. Dans ce contexte, il nous est difficile de trouver tous les composants des produits notifiés précédemment.

Ceci signifie qu'après les dates mentionnées ci-dessus, nous ne pourrons plus vous garantir la disponibilité des pièces détachées. Vous pourrez bien entendu, continuer à utiliser votre système et nous mettrons en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour assurer la maintenance préventive et corrective des produits dans la mesure de la disponibilité des pièces fournies par nos fournisseurs approuvés. Dès lors, si vous avez souscrit un contrat de maintenance sur votre équipement, nous vous contacterons à terme afin d'envisager l'option de service la plus adaptée.

Sachez que notre gamme actuelle présente des équipements à même de remplacer la grande majorité de ces systèmes. Pour toute information complémentaire dont vous pouvez avoir besoin vous pouvez contacter votre correspondant local.

En vous remerciant de la confiance renouvelée que vous nous avez témoignée au cours de la vie de votre équipement, recevez, chère cliente, cher client, nos salutations distinguées.

Vincent CAMUS
Directeur Marketing Ventes
GE Healthcare LCS France

Eurydice LOMBARD
Responsable Marketing Service
GE Healthcare France

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eurydice Lombard'.



BIOMESNIL MEDICAL MONTIVILLIERS
Service Biomedical
Kevin PROBST
ZA du Centre Equestre
13-15 RUE CAMILLE ST SAENS
76290 MONTIVILLIERS

Vélizy, le 03 Décembre 2018

Objet : Notification de fin de vie pour les matériels ci-dessous

Monsieur, cher client,

Vous possédez actuellement des **moniteurs, logiciels et/ou modules listés ci-dessous** et nous vous remercions sincèrement de votre fidélité à nos produits.

Dans un souci de transparence et d'anticipation, nous vous informons que **ces équipements entreront en fin de vie aux dates mentionnés dans le tableau :**

| Produit | Description – Version - Référence | Fin d'engagement service sous forme de contrat |
|---------------------------------|--|--|
| Moniteur FM Light | F-FML-00, réf M1100739 | 31-déc.-18 |
| Moniteur S/5 AM&CCM | F-CU5 (version 01) - Réf M1152119 F-CU5P (version 01) - Réf M1152117 | 31-déc.-18 |
| Moniteur S/5 AM&CCM | F-CU8 (version 12) - Réf M1138441 | 31-déc.-18 |
| Moniteur S/5 AM&CCM | F-CPU-02 - Réf M1138450 | 31-déc.-18 |
| Moniteur S/5 AM | Logiciel L-ANE07-00 - Réf M1119913 Logiciel L-ANE07A-00 - Réf M1119992 | 31-déc.-18 |
| Moniteur S/5 CCM | Logiciel L-ICU07-00 - Réfs M1119707, M1119706 Logiciel L-ICU07A-00 - Réfs M1119725, M1119727 | 31-déc.-18 |
| Modules S/5 AM&CCM | E-INT-00, E-MEM-00-FR, E-REC-00-FR, F-EXT4-03-1, E-EXT-00, L-ARK-00-FR | 31-déc.-18 |
| Moniteur IRM & modules associés | Toutes versions | 31-déc.-18 |
| Module E-BIS-00 | Version 00 | 31-déc.-18 |
| Module DSC-XP | Tous | 31-déc.-18 |
| Modules E-RESTN, E-PRESTN | Tous | 31-mars-19 |
| Moniteur Cardiocap 5 B | Version 01 - Réf 6051-0000-164 | 31-déc.-19 |